

**ESCLARECIMENTO - Pregão 116/2017 Processo Licitatório : 214/2017**

1 mensagem

ReT Drogaria <retdrogaria@hotmail.com>

7 de dezembro de 2017 11:07

Para: "licitacao.moroni@unirv.edu.br" <licitacao.moroni@unirv.edu.br>

Bom dia Moroni, conforme contato por telefone solicito esclarecimento para as seguintes especificações do Produto:

**2.1.3. ITEM 010 - Microscópio Binocular**

a) sistema óptico infinito cfi60, distancia parfocal: 60mm, iluminador led branco de alta luminosidade (ecoiluminação), compatível com uma faixa de voltagens (110v a 240v);

j) lampada halogena de 6V/20W, ou de 6V/30W

De acordo com meus fornecedores tem algo de errado na solicitação pois pede uma iluminação no começo do descritivo(letra a) e depois no final pede outra (letra j), eles me informaram que não tem como possuir as duas formas de iluminação. Ou é uma ou outra.

b) oculares (f.o.v): cfi e 10x (20mm) e cfi e 15x (12mm), focalização coaxial macrométrica/micrométrica (direita: micrométrica, esquerda: macro/micro, curso de focalização: 26,5mm, macrométrica:

37,7 mm/volta, fino: 0,2mm/volta, torque da rotação macrométrica ajustável, Função de refocalização);

Neste item de acordo com outros fornecedores, o Edital esta direcionando a solicitação para a Marca NIKON, gostaria de saber se realmente devo cotar a marca NIKON ou se posso cotar outro. Pois a função de refocalização é exclusiva da NIKON.

Segundo O artigo 7º, inciso I, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 que trata de exclusividade em determinado produto.

Aguardo retorno...

Att, Lucas Garcia

ReT Drogaria e Saúde

Drogaria

Rua Rosulino Ferreira Guimarães, 800-826 Centro

Rio Verde

64-3621-4896

RECEBIDO em 7/12/17

às 11:07

  
**Moroni Marim Caruso**  
Depto. de Licitação / UniRV