



Kamilla Prado Souza <kamilla.prado@unirv.edu.br>

ESCLARECIMENTO - PP 22/1018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2018

Jackeline Coelho <jackeline.coelho@hospcom.net>
Para: Kamilla Prado Souza <kamilla.prado@unirv.edu.br>

5 de março de 2018 12:06

Bom dia!

Segue abaixo solicitação de esclarecimento quanto aos itens do pregão presencial 22/2018, solicitamos que o descritivo seja reavaliado, pois a Universidade possui um valor de referência interessante, que possibilita abrir ainda mais a concorrência para que várias marcas possam participar da licitação e tornar o processo mais vantajoso.

Senhores, após realizarmos a análise do termo de referência, notamos que o **item 34** teve sua descrição advinda do site <https://eimeta.com/ecg-de-03-canais.html>, onde o mesmo descreve de forma idêntica o **"ECG portátil de 3 canais"** solicitado. As características de tamanho de tela e tensão de bateria, caracterizam claramente o direcionamento ao produto descrito no site, conforme as imagens abaixo:



Sendo assim sugerimos a alteração desse descritivo para que não tire o direito de outros licitantes participar com marcas variadas, aumentando assim a concorrência.

Senhores, o termo de referência descrito para o **item 36**, não disponibiliza parâmetros técnicos suficientes para configurarmos um produto, conforme descrito a seguir:

"FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3LEDS E BATERIA RECARREGÁVEL, COM RODINHA, DEVE POSSUIR HASTE GIRATÓRIA, RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE QUE PERMITAM UMA GRANDE MOBILIDADE, CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM, DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO"

A descrição acima não especifica o índice de luminosidade (Quantitativo em Lux), temperatura de cor (Faixa de valores em Kelvin), índice de reprodução/renderização de cores dos tecidos, sendo estes, parâmetros essenciais para configuração de um produto que atenda as necessidades do corpo clínico.

Portanto em se tratando de um foco cirúrgico precisa ter mais detalhamento, para atender a real necessidade do órgão.



Jackeline T. Coelho

Operadora de Licitações

☎ (62) 3241-5555

🌐 www.hospcom.net

f www.facebook.com/hospcom