



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Presencial n. 54/2017
Processo licitatório n. 096/2017

SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS. Especificação
de itens.

Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado pela empresa IDM Soluções Publicas LTDA-ME, acerca de especificações do item 2 do edital, a saber:

“Referente ao ITEM 02: Banho Maria”

O edital pede Banho Maria com:


- a) Faixa de temperatura ambiente até 70°C com resolução de 0,1°C;
- b) Indicador digital de temperatura com resolução de 0,1°C;
- c) Cuba em aço inoxidável.

Informamos que: A cuba deve possuir capacidade de 22 Litros.

Após o recebimento da solicitação de esclarecimentos o Departamento de Licitação o encaminhou a coordenação da Faculdade de Medicina Veterinária, área técnica, responsável pelo pedido dos produtos objeto do Pregão. Após análise, o referido departamento nos informou que se tratando do item 02: **AS INTERESSADAS PODERÃO OFERTAR BANHO MARIA APRESENTE CAPACIDADE DE 22 LITROS.** Em suas considerações, a senhora Ana Zucatto relatou que a necessidade é para demandas maiores que 200 tubos, desta forma, a cuba de 22 litros atende as necessidades da solicitante.

Por entender prestados os esclarecimentos solicitados e não haver necessidade de quaisquer alterações no edital que impossibilitem ou afetem a formulação da proposta, mantém-se o inteiro teor do instrumento convocatório, bem como a data designada para a sessão.

Esta resposta será publicada no site da universidade, juntamente com os outros documentos do processo para que todas as interessadas possam ter acesso a informação.


Fagner Silva dos Santos
Pregoeiro