



REPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório n. 026/2018

Pregão Presencial n. 022/2018

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado por **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 05.743.288/0001-08, com sede em Goiânia/GO.

A consulente envia pedido de esclarecimento a respeito do item 34 solicitando a alteração do descritivo sob a alegação que este estava direcionando para uma determinada marca, e sobre o item 36 que não tinha especificações suficientes para determinar qual o produto estava sendo solicitado.

Cumpramos destacar que o pedido de esclarecimento foi recebido no dia 05 de março às 12:06, ou seja, antes das 24 (vinte e quatro) horas que precedem a sessão de julgamento do certame. Também convém notar que a interessada encaminhou seu pleito para o endereço de correio eletrônico do pregoeiro, conforme determina o subitem 17.1 do Edital.

Portanto os pedidos são próprios e tempestivos. Merecem ser analisados e respondidos.

Sobre os questionamentos acima, cumpre esclarecer que estes merecem acolhimento. Desta maneira segue os novos descritivos:

ITEM 34 - ECG PORTÁTIL DE 3 CANAIS COM MODOS DE ANÁLISE DE ARRITMIA AUTOMÁTICO. DISPLAY LCD COM EXIBIÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES. DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL TIPO BOBINA PARA IMPRESSÃO DE 3 CANAIS SIMULTÂNEOS. BATERIA RECARREGÁVEL, APROXIMADAMENTE 1 HORA DE DURAÇÃO, ECG EM TEMPO REAL E OPÇÃO PARA SALVAR EXAMES.

ITEM 36 - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS E BATERIA RECARREGÁVEL, COM RODINHA, DEVE POSSUIR HASTE GIRATÓRIA, RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE QUE PERMITAM UMA GRANDE MOBILIDADE, CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM, DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO, COM ÍNDICE DE LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 24.000 LUX A 100 CM, COM TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 3.200 A 5.000 K.

Em relação ao índice de reprodução/renderização em pesquisa realizada junto aos principais fabricantes não trouxe essa especificação razão pela qual não será abordada nessa resposta.

É a resposta.

Rio Verde/GO, 06 de março de 2018.


Kamilla Prado Souza
PREGOEIRA