

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017

Leonardo Dias
<leonardo.licitacao@vanguarda.net.br>

25 de ago (Há 7 dias)

A

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- UNIRV

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGOEIRO SR. FAGNER SILVIA DOS SANTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017

ITEM 08- BOMBA DE INFUSORAS

Prezado, Sr. Pregoeiro,

Visando a participação do Pregão supracitado, solicitamos que nos esclareça um detalhe técnico no item 08, que poderá variar o valor do equipamento abaixo:

Existem dois modelo mais usual, desse equipamento, o que varia são os modelos dos equipos usados nas bombas.

Como citei acima, existe os:

Equipo Universal, que é a bomba que usa os Equipos de diversas marcas, e por esse motivo a Bomba de Infusão a torna mais cara; e

Equipo Dedicado, que é a Bamba de Infusão que só usa equipos da marca da bomba, sendo assim, as Bombas com Equipos dedicados são mais em conta.

Para que possamos cotar o produto que corresponde as expectativas do UniRV, solicitamos que nos informe qual Bomba de Infusão que a Universidade deseja adquirir, a Bomba com os Equipos Universais, ou a Bomba com os Equipos Dedicados. Pois, o descritivo acima atendem os dois modelos mencionados acima.

Certo de contar com vossa compreensão, subscrevemo-nos.



VANGUARDA
innovation and quality

Leonardo Dias
Assistente de Licitação
Fone: (64) 3270-1114



BAR FAB

CISA

CONFIDENCE



COVIDIEN

DIXTAL

DFV

GVS



GRANCO

PHILIPS

Somibond

TÍMPEL

WEM



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Presencial n. 066/2017
Processo licitatório n. 146/2017

SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS. Especificação
de itens.

Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado pela empresa VANGUARDA, acerca de especificações do item 8 do edital, a saber:

“Referente ao ITEM 08: BOMBAS INFUSORAS”

O edital pede Bombas Infusoras com as especificações abaixo:

- *Permitam mudança rápida de fluxo, zerar volume infundido, a reprogramação de parâmetros, a interrupção da programação;*
- *Repetição da programação, a monitoração da infusão;*
- *Capacidade de operar em microfluxo (a partir de 0,1ml por hora);*
- *Conter dispositivo de segurança que promova manutenção do acesso venoso;*
- *Sistema de alarmes visuais e sonoros.*

Informamos que: O tipo das Bombas Infusoras devem ser para “Equipos Universais”

Após o recebimento da solicitação de esclarecimentos o Departamento de Licitação o encaminhou a coordenação do Almoxarifado Técnico, área técnica, responsável pelo pedido dos produtos objeto do Pregão. Após análise, o referido departamento nos informou que se tratando do item 08: **AS INTERESSADAS PODERÃO OFERTAR BOMBAS INFUSORAS COM EQUIPOS UNIVERSAIS.** Em suas considerações, a senhor Daniel Tizo relatou que os equipos universais podem utilizar bombas de diversas marcas e atendem melhor as necessidades da Instituição.

Por entender prestados os esclarecimentos solicitados e não haver necessidade de quaisquer alterações no edital que impossibilitem ou afetem a formulação da proposta, mantém-se o inteiro teor do instrumento convocatório, bem como a data designada para a sessão.

Esta resposta será publicada no site da universidade, juntamente com os outros documentos do processo para que todas as interessadas possam ter acesso a informação.


Fagner Silva dos Santos
Pregoeiro