

Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 050/2022

2 mensagens

Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

24 de janeiro de 2023 às 10:36

Para: "kamilla.prado@unirv.edu.br" <kamilla.prado@unirv.edu.br>

Cc: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, bom dia!


Pedido de esclarecimento,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 050/2022 – Item 14: “ELETROCARDÍOGRAFO”

Para confirmação, considerando a garantia de maior portabilidade do equipamento, questionamos, serão aceitas tecnologias que realizem a conexão com o computador por Bluetooth e que possuam alimentação por meio de pilhas com autonomia para 500 exames ou 6 horas de monitoramento contínuo?

Aguardo retorno.

Atenciosamente,



Anna Paula Lemos Rojas Martins

Trainee – Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

Kamilla Prado Souza <kamilla.prado@unirv.edu.br>

27 de janeiro de 2023 às 13:37

Para: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

Cc: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Boa tarde,

Referentes aos questionamentos realizados, segue a resposta:

Para confirmação, considerando a garantia de maior portabilidade do equipamento, questionamos, serão aceitas tecnologias que realizem a conexão com o computador por Bluetooth e que possuam alimentação por meio de pilhas com autonomia para 500 exames ou 6 horas de monitoramento contínuo?

Resposta: Não.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,



Kamilla Prado
Departamento de Contratações
UniRV - Universidade de Rio Verde
CNPJ 01.815.216/0001-78
(64) 3620-3021
Fazenda Fontes do Saber
www.unirv.edu.br